1. 开口闪点测定仪

全自动开口闪点测定仪，需根据 GB/T3536《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》、ASTM D92《克利夫兰开口杯法闪点和燃点试验方法》、ISO 2592《石油及有关产品闪点和燃点的测定水平开口杯法》所规定的要求设计制造。

技术参数：

（1）显　　示：480×272触摸点阵液晶

（2）测温范围：79～370℃

（3）分 辨 率：0.1℃

（4）准 确 性：±2℃

（5）重 复 性：≤4℃

（6）升温速度：符合GB/T 3536标准

（7）点火方式：电子引火、气体火焰

（8）冷却方式：内置强力空气制冷

（9）环境温度：10℃～40℃

（10）环境湿度：≤80%RH（无冷凝）

（11）工作电源：AC220V±22V　　50Hz±10%

（12）打 印 机：热敏型、36字符、汉字输出

（13）通　　讯：RS232

（14）整机功耗：≤600W

（15）外形尺寸：350mm×300mm×300mm

（16）仪器重量：14.5kg

2.石油及合成液抗乳化测定仪

石油及合成液抗乳化测定仪，需根据 GB/T7305《石油和合成液水分离性测定仪》规定的要求设计制造。

技术参数：

（1）测量范围：室温～100℃

（2）准 确 度：±0.1℃

（3）搅拌速度：1500±15r/min

（4）分 辨 率：0.1℃

（5）试验孔数：4孔

（6）显　　示：5.0寸彩色触摸屏显示

（7）环境湿度：≤80%RH（无冷凝）

（8）环境温度：5℃～40℃

（9）功率消耗：≤1600W

（10）电源电压：AC220V±10%，50Hz±10%

（11）外形尺寸：510mm×360mm×580mm

（12）仪器重量：23.5kg